

主要标的信息

序号	标的名称	数量及单位	技术要求
1	车载CT维保服务	1 项	<p>一、设备情况</p> <p>设备品牌及型号：佳能医疗系统株式会社（Aquilion Lightning TSX-035A）</p> <p>二、服务技术要求</p> <p>1、开机正常运行率保障：95%以上(按每年 365 天计算)，即停机时间不超过 18 天。当开机率低于 95%以下时，按 1：4 天数追加保修期）。</p> <p>2、保养要求：按照设备的使用说明书、维护手册、生产技术规范等技术资料的要求进行全面保养检测并出具检测报告，每年 4 次包含设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等。</p> <p>3、设备故障维修：不限次数。</p> <p>▲4、整机（包括车载佳能 CT、车载 CT 电源供电、稳压电源、UPS 系统等）的维保升级服务保养服务。</p> <p>5、CT 图像数据离线存储、关联的第三方设备的维保升级服务保养服务。</p> <p>▲6、机房及铅防护、拓展滑移仓、液压支撑、驻车空调、车辆后门台阶的维保升级服务。</p> <p>7、配件更换：免费更换价值低于 3000 元配件（不包括球管、探测器及超过 3000 元以上的配件费用）；需提供球管、探测器及超过 3000 元以上配件清单价格表，所更换的配件为全新配件，所有配件需证件齐全。球管、探测器及超过 3000 元以上的配件，成交供应商承诺不高于市场价 80%的优惠价提供，费用由采购人承担；采购人也可从其他合法渠道采购，更换下来的旧配件由采购人自行处理。更换重要部件后需提供第三方检测合格报告。</p> <p>8、时间保证：成交供应商保证提供 7*24 小时不间断在线技术咨询服务，一旦发生故障，采购人随时可通过电话、微信等方式联系成</p>

		<p>交供应商指定人员报修和咨询，不能线上指导处理的故障，成交供应商保证 12 小时内安排成交供应商工程师到达现场，不需更换配件，24 小时内修复；需更换配件，72 小时内修复，所产生的工时费、差旅费由供应商承担。</p> <p>▲ 9、服务期内提供设备原装软件系统及操作系统软件（SoftwareVersion:V7.0Release:SP0516E、Base Version:V14.4Release:SP0004）与厂家同步维护、备份、重建、升级、与医院系统连接等维护服务。</p> <p>10、整机维保服务 3 年，故障维修不限次数，包含各放射设备及附属设备的整机技术保修，包含人工维修及定期保养服务。</p> <p>三、服务质量要求</p> <p>1、设备整体性能达到出厂标准，同时符合《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国职业病防治法》以及《中华人民共和国环境保护法》等有关法律法规要求，所有配件需证件齐全，更换重要部件后需提供第三方检测报告。</p> <p>2、图像质量控制符合国家有关标准，具有检验与校正图像质量的工具和能力，保证图像达到出厂标准。</p> <p>3、保证所提供的配件为全新、完整并合法合规。</p> <p>4、保证按照设备生成厂家标准完成维修保养并认真、如实记录，并由采购人使用科室负责人及设备科负责人签字确认。</p> <p>四、其他技术要求</p> <p>1、安全检查：按照生产厂家设备标准及国家规定执行。包括但不限于制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果，提供相关检查计划表和安全检查记录表。</p> <p>2、预防性保养：按照保养计划提供，每年定期提供专业保养检测，以保证设备处于最佳运行状态。包括但不限于：如实记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照家标准进行调校、确认各项技术指标及性能；保证 95%的开机正常运行率（停机时间少于 5%），按照一年 365 日计算。如果此开机正常运行率由于成交供应商</p>
--	--	--

			<p>的原因未能达到,对于开机正常运行率低于 95%的 1 个日历日,按 1:4 天数追加保修期。)</p> <p>3、本项目维保设备为信息一体化复合医疗器械产品,维保服务人员维保过程中需要提供信息系统的日常运维,修复因操作失误或迁移导致的数据错误等的维护,确保设备信息数据的安全。供应商因设备发生故障、系统问题及人为失误等问题导致采购人业务瘫痪、资金损失、数据丢失或错漏,给采购人业务造成影响的,供应商须按照采购人提出的损失赔付标准全额进行全额赔付(包含但不限于直接经济损失,可期待利益损失,为维权而支付的诉讼费、保全费、律师代理费等;全文同此)。损失赔付标准根据事故影响严重程度和实际资金损失确定。</p> <p>4、球管、探测器、高压发生器等重要部件更换供应商需承诺,保证证件齐全(包括但不限于进口报关单、商检证明、产品注册证、说明书、合格证等证明文件),竞标时在响应文件中提供近两年内常见备件(球管、探测器、高压发生器)报关单至少各 1 份,若供应商无以上备件库存的,须在响应文件中提交承诺书并承诺签订合同后 60 天内保证以上备件的库存充足,并在签订合同后 60 天内向采购人提交库存证明材料(包括但不限于进口报关单),否则视为负偏离。</p> <p>▲5、为保障备件快速且安全的供应,供应商在国内设有备件仓库(提供租赁合同、仓库实景照片以及文字说明材料等证明材料)或承诺成交后在中国境内设立备件库(在响应文件中提供承诺函),并承诺配件 24 小时内到达采购人指定地点。</p> <p>▲6、供应商须配备不少于 1 名的 CT 维保技术人员、1 名的储能逆变电源系统维保技术人员,以上人员必须提供的培训证书复印件和在职证明(提供包括但不限于本单位或本单位委托其他公司、子公司购买的近半年至少一个月的社保证明或劳动合同等)。</p> <p>7、每年免费提供各设备采购单位操作使用人员、设备维护人员培训 2 次。</p>
--	--	--	---